Thursday								
Time	Group1-Oral	Group1-Sensor		Mean(Oral)	Mean(Sensor)	Standard Deviation(Oral)	Standard Deviation(Sensor)	T-Test
Lab-1	96.7	95.1		97.48	96.5	0.460434577	1.47817455	0.197260874
Lab-2	97.9	95.7						
Lab-3	97.5	98						
Lab-4	97.6	98.2						
Lab-5	97.7	95.5						
Outside-1	96.9	95.7		96.9333333	95.6	0.427395211	1.624807681	0.050794827
Outside-2	96.8	93.8						
Outside-3	97.4	98.1						
Outside-4	96.2	93.9						
Outside-5	97	95.6						
Outside-6	97.3	96.5			Time	Oral	Sensor	
Outside-7					2	96.9	95.7	
Outside-8					4	96.8	93.8	
Outside-9					6	97.4	98.1	
Outside-10					8	96.2	93.9	
Outside-11					10	97	95.6	
Outside-12					12	97.3	96.5	
Lab-1	97.3	98.6		97.62	98.86	0.192353841	0.151657509	6.45205E-06
Lab-2	97.6	98.9						
Lab-3	97.7	99						
Lab-4	97.7	98.9						
Lab-5	97.8	98.9						
						Average	STD	
					Oral	97.62	0.192353841	
					Sensor	98.86	0.151657509	

PULSE								
Time	Group1- Pulse Ox	Group1- Watch Sensor		Mean (Ox)	Mean (Watch)	Standard Deviation (Ox)	Standard Deviation (Watch)	T-Test
Lab-1	101	91		100.8	92.2	2.48997992	2.774887385	0.0074976
Lab-2	101	92						
Lab-3	104	90						
Lab-4	97	91						
Lab-5	101	97						
Post-Walk 1	124	114		106.583333	103.5	7.633161305	5.090097338	0.021465585
Post-Walk 2	106	107						
Post-Walk 3	117	112						
Post-Walk 4	111	105						
Post-Walk 5	104	102						
Post-Walk 6	107	100			Average	Standard Deviation		
Post-Walk 7	106	102		Ox	100.8	2.48997992		
Post-Walk 8	100	98		Watch	92.2	2.774887385		
Post-Walk 9	97	101						
Post-Walk 10	105	100						
Post-Walk 11	102	99						
Post-Walk 12	100	102						

	BP				PULSE			
Time	Cuff	Watch		Time	Cuff	Watch		
5	186	111		5	124	114		
10	111	106		10	106	107		
15	99	105		15	117	112		
20	102	111		20	111	105		
25	121	102		25	104	102		
30	105	111		30	107	100		
35	110	103		35	106	102		
40	107	108		40	100	98		
45	103	104		45	97	101		
50	104	106		50	105	100		
55	107	108		55	102	99		
60	105	105		60	100	102		